

江苏省教育厅办公室

江苏省高校实验室安全现场检查 问题整改通知

苏州科技大学：

根据省教育厅办公室《关于转发教育部办公厅进一步加强高校教学实验室安全检查工作的通知》(苏教办高函〔2019〕4号)部署，省教育厅高等教育处委派专家组于2019年4月17日对你校实施了实验室安全管理现场检查，共发现了27个整改项(见附件1)。你校要及时整改检查出的问题，举一反三、全面排查、逐项消除本校实验室存在的各类安全隐患。请于5月30日前提交《江苏省实验室安全现场检查整改报告》(提纲见附件2，需提交纸质稿与PDF格式电子稿)。

联系人：华沙、魏永军；联系电话：15345188563，025-83335156；电子邮箱：38613715@qq.com；地址：南京市鼓楼区北京西路15号江苏省教育厅高教处；邮编：210024。

附件：

- 1.江苏省高等学校实验室安全现场检查发现问题汇总表
- 2.江苏省实验室安全现场检查整改报告(提纲)

省教育厅办公室
2019年4月29日

附件 1

2019 年江苏省高校实验室安全现场检查发现问题汇总表

学校名称： 苏州科技大学检查时间： 2019.04.17

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	1.1.1	学校实验室安全领导机构中，单位负责人不是第一负责人	
2	1.1.2	学校没有设立专门的实验室安全管理机构（科室）	
3	2.1.2	《实验室安全奖励与责任追究制度》、《实验室安全检查制度》等未正式发文。	
4	3.1.2	教职工安全培训不够，缺少相关记录	
5	3.1.4	缺少实验室安全事故应急处置演练	
6	5.1.2	实验室无安全信息牌或安全信息牌内容不全，缺少联系电话、风险类别、防护措施、灭火要点等	
7	5.1.4	冰箱、高温等设备阻挡实验室门，无法正常打开，影响消防通道	
8	5.3.4	实验室报废设备未及时报废、堆放较多纸箱	
9	5.4.2	急救箱普遍缺乏、放置位置不合理、急救箱内药品过期	
10	6.1.1	核磁共振等大型仪器室灭火器种类不对或无灭火器	
11	6.1.2	化学原理实验室灭火器过期	
12	6.1.3	实验楼道显著位置无逃生疏散路线图	
13	6.2.2	洗眼器数量不足或安装位置不当、洗眼器不能正常使用，洗眼器压力过大、洗眼器未定期进行检查和维护	
14	7.1.4	接线板串联，接线板落地，用电安全情况不佳	
15	7.2.1	多个实验室水龙头漏水，水流角度不合理	
16	8.2.1	管制类药品审批领用不规范，管制类药品清单与实际存放数量不符，MSDS 信息不全	
17	8.6.1	气瓶无使用台账、气瓶未固定	
18	8.6.3	未用乙炔瓶放在电源箱附近，乙炔、氢气柜子无泄露报警器，简易木质气瓶柜存放气瓶，气瓶压力表种类与气体种类不对应	

19	8.7.2	废液混放、废液桶无标签或标签信息不全，缺废液托盘	
20	8.7.6	实验固体垃圾和生活垃圾混放，并且用纸箱存放垃圾	
21	8.8.3	管制类药品库摄像头不防爆，无静电消除装置，试剂柜无通风，电路不防爆	
22	8.9.1	配置的化学试剂没有标签或标签不规范	
23	8.9.4	食品容器（矿泉水瓶）装化学试剂或实验材料，原标签未撕掉	
24	11.4.1	激光设备无标识、安全操作规程、运行和维护记录	
25	12.5.4	气瓶与马弗炉距离太近，高温设备旁边堆放易燃品，在木制桌面上放置烘箱	
26	12.5.5	马弗炉、烘箱无安全标识、操作规程和使用记录	
27	12.6.1	使用无证的明火电炉，废弃明火电炉未及时清理	

检查组组长： 赵建新

检查组成员： 张林，乔斌，白向玉 观察员： 华沙

实验室安全现场检查整改报告

(提纲)

根据省教育厅办公室《关于转发教育部办公厅进一步加强高校教学实验室安全检查工作的通知》(苏教办高函〔2019〕4号)的部署,省教育厅派出由×××、×××、×××和×××等×位专家和×××观察员组成的检查组,于2019年×月×日对我校实施了实验室安全管理现场检查,检查共发现了××个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:

序号	条款号	问题事实描述	备注
1			
2			
3			

根据省教育厅×月×日反馈我校的“整改通知书”,我校于×月×日召开了全体(或相关)人员大会,就现场检查发现的问题进行了研究讨论,布置落实了整改方案 and 责任人。经大家的努力,现已完成整改工作,具体情况汇报如下:

一、×.×.×的问题整改

- (一) 存在问题描述: ……
- (二) 原因分析: ……
- (三) 整改措施与结果: ……

（四）证明材料：请写明材料名称，立即整改条款应附相关文件、或整改前后照片对比及注解等；不能立整立改的条款应附学校正式的整改计划、措施等文件

二、×.×.×的问题整改

- （一）存在问题描述：……
- （二）原因分析：……
- （三）整改措施与结果：……
- （四）证明材料：（同上）

……

综上所述，我校已完成了本次实验室安全现场检查发现问题的全部整改（或：已完成了 X 个问题条款的整改，尚有 X 个条款因时间、政策等限制不能马上完成，我们将持继续抓落实，早日完成整改，于半年内提交报告）。我校将举一反三，进一步加强全校实验室安全管理和实践，提升管理水平，为创建平安和谐校园而继续努力。（结语文字仅供参考，各校可另写）

××大学（盖章）

二〇××年×月×日